


Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR) „Nákup zdravotnických přístrojů: Monitorovací systém.“

V Rumburku, dne 06.12.2018

Odpověď na dotazy doručené dne 04. 12. 2018 prostřednictvím elektronického nástroje (E-ZAKu), k veřejné zakázce od účastníka VZMR firmy  (viz příloha vysvětlení zadávací dokumentace):

Odpovědi na dotazy:

1. dotaz

„Současné připojení a sledování 5 a více monitorů“ – je myšleno, že na jedné centrální stanici bude připojeno celkem 8 patientských monitorů a nebude za potřebí 2 centrálních stanic

„režim současného monitorování 8mi pacientů na 1 obrazovce“ – je myšleno, že na centrálním monitoru bude vidět 8 patientských monitorů, kde budou vidět základní křivky a pro detailní zobrazení si z 8 monitorů bude moci uživatel rozkliknout daného pacienta

2. dotaz

„Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory“ – Ano uchazeč chápe správně, aby centrální monitorovací systém působil na uživatele podobným uživatelským rozhraním

3. dotaz

„Možnost zobrazení, prohlížení a tisk křivek sledovaného pacienta za dobu posledních 240 hodin“ – Ano, stačí, aby uchazeč splnil parametr 240h trendových křivek a 72h plné přílohy

4. dotaz

„Minimální velikost displeje 12““ – zadavatel nemá problém s cenovou nabídkou, která bude obsahovat dotykové obrazovky

5. dotaz

Zadavatel požaduje pro měření teploty jícnové čidlo – které je nejpřesnější právě u ventilovaných pacientů
Senzor EtCO2 – metoda Sidestream

6. dotaz

Zadavatel volí přenos přes Metalalickou síť. U každého lůžka bude datová zásuvka s rozhraním RJ45. Kabely od lůžek budou vyvedeny do společného místa a stačí tedy dodávka switch a vyvedení patch kabelu. Naše kabeláž splňuje Váš požadavek „alespoň UTP cat 5e“

7. dotaz

„Možnost stažení monitorace z transportního monitoru do centrálního“ – zadavatel požaduje, aby se transportní monitor mohl po transportu pacienta (vyšetření, převoz pacienta,...) připojit do centrálního monitoru a mohli tak být z transportního monitoru staženy naměřené hodnoty

8. dotaz

„Držáky na patientské monitory“ – zadavatel požaduje teleskopické držáky monitorů, které jsou upevněny na zed’.

S pozdravem

Za technický úsek - Ludmila Brychtová, v.r.

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

U Nemocnice 1298/6, Rumburk

brychtova@nemrum.cz, tel.: 412 359 257 mobil: 733 383 332

Příloha: Dotaz firmy LHL, s.r.o., zdravotnická technika, Ústí nad Labem ze dne 04.12.2018