

**Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR)
vysvětlení č.1**

„Nákup zdravotnických přístrojů: Injektomat – 30 ks“

V Rumburku, dne 04.02.2019

Odpověď na dotaz doručený dne 31.01.2019 prostřednictvím elektronického nástroje (E-ZAK), k veřejné zakázce:

Dotaz:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Technické specifikace vyplývá, že zadavatel u injektomatu požaduje parametr „TFT barevný dotykový displej“. Naše přístroje nedisponují barevným dotykovým displejem, ale přístroj je ovládán přes tlačítka umístěné okolo jednobarevného displeje. Ovládání pomocí tlačítek je výhodnější, jelikož dotykové displeje nemusí vždy pracovat správně a na první stlačení. Navíc u tlačítek odpadá neustálé čištění nečistot z displeje způsobené právě dotykem obsluhy (např. mastné nečistoty apod.) a požadované čištění je mnohem jednodušší u tlačítek než u dotykových displejů. Bude zadavatel akceptovat přístroje s jednobarevným displejem ovládané pomocí tlačítek?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude akceptovat zdravotnický přístroj, který nemá TFT barevný dotykový displej.

S pozdravem

Mgr. Petr Dubravec, v.r.
ředitel LN a P, a.s. Rumburk
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
U Nemocnice 1298/6, Rumburk