

Pacientská lůžka

NÁZEV PŘÍSTROJE:

pacientská lůžka elektricky polohovatelná 2 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

1. Vnější rozměry lůžka max 220 x max 100 cm
2. 4 – dílná ložná plocha min 200 x 85 cm s možností prodloužení lůžka u nohou o 10cm
3. Elektrické nastavení: výškové, zádový díl, stehenní díl
4. Bez náklonu ložné plochy
5. Ložná plocha z kovových lamel (vevařené sítě) nebo odnímatelná plastová lamelová plocha
6. 4 kolečka antistatická 125 mm
7. Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části
8. Jednodílné z obou stran spustitelné lakované postranice s dolním, horním, či obojím ovládacím mechanismem, V případě horního mechanismu musí být možnost zamezit ovládání pacientem.
9. Plastová čela s aretací
10. 4 horizontální rohová nárazová kolečka
11. Úchyt pro inf. stojan a hrazdu
12. Napětí 100 V – 240 V 50/60 Hz
13. Síť. Kabel + EU zástrčka
14. Ruční ovladač polohování
15. Nosnost lůžka min. 175 kg
16. Hmotnost lůžka max. 150 kg

POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ:

hrazda 2 ks

- Hrazda napřimovací pro pohyblivá čela, max. zatížení 75 kg

Rukojeť 2 ks

- Plastová rukojeť navíjecí
- Plastový triangl
- Popruh šíře 38 mm
- Výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca 300 mm)
- K zavěšení na hrazdu lůžka

Stojan infuzní 2 ks

- Teleskopický infusní stojan
- Umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter)
- Chromovaný
- 4 plastové háčky

Matrace

- Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům
- Potah matrace: voděodolný, 180°
- Nehořlavá
- Parapropustná
- antibakteriální a vysoce hygienický obal

Noční stolek s jídelní deskou

(univerzální, dvoustranně přístupný kovový stolek k lůžku vybavený zásuvkou, spodní skříňkou, samostatně brzditelnými kolečky, s jídelní deskou integrovanou do korpusu stolku

- s jídelní deskou plynule výškově stavitelnou (možnost posilovače pohybu).
- korpus kovový, lakovaný
- zásuvky: čílna z vysokotlakého laminátu lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky
- malá horní zásuvka
- spodní skříňka s vnitřní poličkou odkládací plocha mezi oběma zásuvkami
- kolečka: 4 dvojítá, průměr 75 mm, brzděná
- horní deska z vysokotlakého laminátu s plastovými lištami na okrajích a lakovanými madly

Zadavatel požaduje kompletní dodání požadovaného zařízení, jeho zprovoznění a seznámení s obsluhou (proškolení zaměstnanců zadavatele)

Hodnotící parametry

Hodnotící kriteria	Váha
Pořizovací cena	100 %

Další požadavky:

1. montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrevize (kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle Vyhl. č. 306/2012 Sb.
 - a. instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka technického úseku kupujícího (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,
 - b. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží,
 - c. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména Vyhl. č.307/2002 v platném znění.,

2. zdravotnický přístroj vč. příslušenství musí být označen značkou CE
3. při dodání zdrav. přístroje požadujeme tyto dokumenty :
4. **autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění instruktáže (zaškolení) obsluhujícího personálu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům**
5. **autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění odborné údržby vč. elektrické kontroly a zajišťování servisu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům**
6. zdravotnický přístroj bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem
7. záruční lhůta minimálně 24 měsíců
8. požadujeme provádění bezpečnostně - technických kontrol (BTK) a elektrotevizí bezplatně v rámci záruční doby. V rámci záruky termín každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá prodávající určenému pracovníkovi technického úseku kupujícího
9. požadujeme dodržení časového úseku k zahájení opravy po nahlášení poruchy v místě odběratele

Zvláštní požadavky:

1. celková nabídková cena bude zpracována bez DPH / včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti, předložená nabídková cena je nepřekročitelná pro realizaci nabídky
2. dodavatel doplní a podepíše kupní smlouvu předloženou LNaP a.,s.
3. platební podmínky – platba na základě vystaveného daňového dokladu po splnění dodávky se splatností faktury 60 dnů
4. datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu
5. termín dodání a uvedení do provozu nejpozději do 20.1.2017

Záruka, servisní podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami v České republice.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je minimálně 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66, Zákona č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od nahlášení závady prodávajícímu.
7. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do 5 kalendářních dnů, poskytne kupujícímu až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e- mailem, příp. poštou) vad prodávajícímu. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

8. V případě, že nebylo možné opravit zboží na místě ve lhůtě uvedené výše, a náhradní zboží nebylo poskytnuto do 24 hodin po uplynutí lhůty uvedené výše, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží za každý den až do doby opravy zboží.
9. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - a. výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření
 - b. odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.
 - c. revize dle § 67 a 68, Zákona č. 268/2014 Sb.
 - d. náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.
10. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby (periodických bezpečnostně technických kontrol) dle Zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník technického úseku.
11. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je určený pracovník technického úseku, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky technického úseku.
12. Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu.