

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejný zadavatel

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Jiráskova 1378/4, 408 01 RUMBURK

IČ: 615 38 990

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Biochemický analyzátor do zavedeného procesu zpracování vzorků“

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Sídlo: Jiráskova 1378/4, 408 01 RUMBURK
IČ: 615 38 990 , DIČ: CZ 61538990

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Karel Schäfer, předseda představenstva

Kontaktní osoby zadavatele:

Mgr. Petr Dubravec, ředitel nemocnice
tel.: +420 359 520.
email: reditel@nemrum.cz

Mojmír Sklenář, technický úsek
tel.: + 420 725 428 630
email: sklenar@nemrum.cz

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka "**Biochemického analyzátoru do zavedeného procesu vzorků**" (1 ks) dle technické specifikace v části 7 této zadávací dokumentace.

Zdravotnický přístroj bude dodán vč. příslušenství nutného k prvotnímu uvedení do provozu.

Předmětem veřejné zakázky je dále provádění bezpečnostně - technických kontrol (BTK) a elektrevizí bezplatně v rámci záruční době.

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto je možné nabídku podat jen na celek specifikovaný v této zadávací dokumentaci.

Variantní řešení v rozsahu dle technické specifikace je nepřipustné.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

- Hlavní předmět: 38434000-6 Analyzátory

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - dodávky je v maximální výši **4.200.000,- Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16ZZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Tato cena byla stanovena dle průzkumu cen dodávky obdobných zařízení – analyzátoru.

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Předpokládaná doba plnění

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín dodání: od podpisu smlouvy o dílo do 4 týdnů

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

- Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Dodavatelé překládají níže uvedené doklady o splnění kvalifikace ve svých nabídkách, a to ve formě prosté kopie, přičemž je můžou nahradit i čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Tímto není dotčeno právo zadavatele dle § 53 odst. 4 ZZVZ, že si v průběhu zadávacího řízení může vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

5.1 Způsobilý pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

- 5.1.1 splní základní způsobilost podle odst. 5.2 této ZD,
- 5.1.2 splní profesní způsobilost podle odst. 5.3 této ZD,
- 5.1.3 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4 této ZD.

5.2 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení, které je přílohou této ZD (příloha č. 3.1).

5.3 Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 5.3.1 Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

c) dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 ZZVZ) mohou prokázat splnění profesní a základní způsobilosti též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

5.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 odst. 2 písm. b) a d) ZZVZ

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady.

5.4.1 Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb za poslední 3 roky a níže uvedené přílohy.

a) rozsah požadovaných informací a dokladů

Seznam referenčních služeb musí zahrnovat cenu, dobu plnění a identifikaci objednatele.

b) způsob prokázání splnění této kvalifikace

Dodavatel k prokázání této kvalifikace doloží seznam alespoň 3 referenčních zakázek (dodávek) obdobného charakteru (biochemických analyzátorů) za období posledních třech celých kalendářních roků ve finančním plnění minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za každou referenční zakázku.

5.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné nabídky několika dodavatelů

Prostřednictvím jiných osob může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tyto dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 84 ZZVZ.

5.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti

Pokud dodavatel prokazuje způsobilost doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 53 odst. 4 ZZVZ. Tyto doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.7 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů

- 5.7.1 Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni prokázání způsobilosti starší 3 měsíců.
- 5.7.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky návrhu smlouvy v části 8.
- 6.2 Dodavatel na základě stanovených podmínek předloží v nabídce návrh smlouvy ve dvojím paré, podepsanými oprávněnou osobou. Všechny podmínky stanovené zadavatelem musí být v návrhu smlouvy obsaženy

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1 Stanovení technických podmínek

Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel stanoví dle technické specifikace:

Náhrada analyzátoru Advia1650 v zavedeném procesu zpracování vzorků (1 ks)

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘÍSTROJ:

Požadujeme plně automatický otevřený systém pro rutinní a speciální biochemické analýzy.

Vzhledem k návaznosti na pracovní postupy, užívaný SZM, reagencie, přístrojové vybavení laboratoře, zpracování vzorků pro třetí osoby a potřebu plně ekvivalentní náhrady v případě výpadku analyzátoru Advia 1800, požadujeme: plnou kompatibilitu nového analyzátoru s těmito postupy, používaným SZM, reagenciemi i analyzátořem Advia 1800, tzn:

1. Bezproblémové a rychlé zpracování vzorků na analyzátoru Advia Centaur XP následujícím v technologickém postupu v celkových časech a metodách (od vyndání vzorku z nového analyzátoru do konečného vyhodnocení vzorku) stejných jako při zpracování vzorků analyzátořem Advia 1800.
2. V případě potřeby navýšení objemu vzorků zpracovávaných na druhém analyzátoru Advia 1800, nesmí využití tohoto nového analyzátoru znamenat jakékoli odlišnosti výsledků, či nutnosti jejich upřesnění, vysvětlení či dokladování, pokud budou vzorky zpracovávány na něm.
3. Při výpadku jednoho analyzátoru musí být výsledky zpracované na druhém analyzátoru plně totožné, bez nutnosti upřesnění, vysvětlení či dokladování

-5-

použitých metod.

Dále požadujeme:

- kontinuální vkládání vzorků za chodu přístroje, diskrétní zpracování
- zpracování různých typů biologického materiálu současně
- přednostní zpracování vzorků STATIM
- minimálně 1800 testů/hod
- minimálně 50 metod včetně min 3 ISE
- minimálně 1200 testů fotometricky
- minimálně 600 testů/hod minimálně 200 zkumavek/hod ISE
- zkumavky 5 ml, 7 ml, 10 ml, 2 ml kepy na vzorky, mikrozkušavky
- pozitivní identifikace vzorků
- kvalitativní kontrola hemolýzy, lipémie a ikteru
- čárové kódy 2 z 5, code 39, code 128, Codabar (NW7)
- automatické i volitelné ředění vzorků
- automatické opakování měření z ředěného nebo originálního vzorku
- automatické ředění již ředěného vzorku
- automatické provedení min dalších 3 testů podle výsledků prvního testu
- možnost získání minimálně 15 výsledků z jednoho vzorku
- uchovávání vzorků pro opakování dokud nejsou výsledky k dispozici
- u primární jehly detekce hladiny, ochrana proti nárazu, detekce sraženin nebo ucpání a detekce malého objemu vzorku
- optická cesta 10 mm
- nejdelší reakční čas maximálně reagenční nádoby 20, 40, 70 ml opatřené čárovým kódem
- sledování počtu zbývajících testů, čísla šarží, stability a data expirace
- ředění koncentrovaných reagensů analyzátozem
- dlouhodobá stabilita reagensů v analyzátozem
- nejdelší reakční čas maximálně 21 minut.
- maximální produkce odpadu při zde stanovených parametrech 45 l/hod
- hlučnost méně než 70 dB při otevřeném víku
- přímé napojení deionizované vody
- operační systém Windows (min XP)
- softwarové sledování a plánování údržby
- monitor min 19" s dotykovou obrazovkou
- kapacita pro uložení min 65.000 vzorků pacientů
- komunikace s IS nemocnice

7.2 Stanovení zvláštních technických podmínek

Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel stanoví:

Požadujeme dodání nového (dosud nepoužitého) přístroje

7.3 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1 Nabídková cena

- 8.1.1 Uchazeč navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Výběrové řízení má celkovou předpokládanou hodnotu předmětu plnění **4.200.000,- Kč bez DPH. Vyšší nabídková cena není přípustná.**
- 8.1.2 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky.
- 8.1.3 Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
- 8.1.4 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 8.1.5 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.
- 8.1.6 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.1.7 Nabídková cena bude zpracována oceněním v krycím listě (příloha č. 1 této ZD). Uchazeč je povinen vysvětlit ocenění neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní, bude být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce, v případě, že by toto vysvětlení nepodal, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

8.2 Základní parametry smlouvy ze strany zadavatele jsou následující::

- 8.2.1 Postupné splácení kupní ceny
- 8.2.2 Anuitní splátky po dobu minimálně 48 měsíců s možností předčasného splacení bez navýšení ceny.
- 8.2.3 Dodání předmětu smlouvy do 4 týdnů od jejího podpisu
- 8.2.4 Bezplatný servis po dobu splácení
- 8.2.5 Nástup na opravu po dobu splácení a následného servisování do 24 hodin od nahlášení závady.
- 8.2.6 Zajištění servisu, oprav náhradních dílů, spotřebního materiálu a reagensů po dobu minimálně 10 let od data uvedení do provozu.
- 8.2.7 Nejpozději po uhrazení kupní ceny se analyzátor stane majetkem zadavatele.

9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1 Pokyny pro zpracování nabídky

- 9.1.1 Dodavatel ji zpracuje v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace.
- 9.1.2 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
- 9.1.3 Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatele bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- 9.1.4 Dodavatel, který bude vybrán a je právnickou osobou, je povinen předložit zadavateli dle § 104 odst. 2 ZZVZ:
 - a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

9.1.5 Nabídka:

- bude předložena v jednom originále a jedné kopii, vše v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky dle § 107 ZZVZ
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat návrh smlouvy, vč. příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- bude obsahovat návrh smlouvy, vč. příloh, v elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

9.1.6 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

9.1.7 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- obsah nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

9.1.8 Zadavatel si vyhrazuje:

- právo nevracet podané nabídky
- právo vyloučit ze soutěže účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a toto vyloučení zveřejnit na profilu zadavatele

- právo změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu soutěže
- právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ
- komunikovat s dodavatelem písemně, v souladu s § 211 ZZVZ zadavatel upřednostňuje:
 - prostřednictvím profilu zadavatele nebo jeho elektronických nástrojů
 - prostřednictvím datových schránek
 - v případě použití jiného způsobu dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo odpovědět stejným způsobem

10 JISTOTA

10.1 Poskytnutí jistoty

Zadavatel **nepožaduje** dle § 41 odst. 1 ZZVZ poskytnutí jistoty.

11 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, tato žádost musí být doručena zadavateli v souladu s § 98 ZZVZ.

Kontaktní osoby zadavatele:

Mgr. Petr Dubravec, ředitel nemocnice
tel.: +420 359 520.

email: reditel@nemrum.cz

Mojmír Sklenář, technický úsek
tel.: + 420 725 428 630

email: sklenar@nemrum.cz

Případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou podávány v souladu s § 98. Zodpovězené dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejněny na profilu zadavatele, stejně jako celá zadávací dokumentace.

11.2 Prohlídka místa plnění

Zadavatel neuskuteční prohlídku místa plnění vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky. Toto je v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 ZZVZ.

12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

12.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:

- osobně v pracovních dnech:
Pondělí – pátek: 7:00-15:00 hodin
- zaslat na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
24.02.2017 do 12:00 hod., včetně.

12.3 Další podmínky k předložení nabídky

Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „**Biochemický analyzátor**“ – **NABÍDKA NEOTEVÍRAT**. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.4 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 24.02.2017 ve 12:30 hod.** v zasedací místnosti (3. patro) v sídle zadavatele a je veřejné.

Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

13 ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník zadávacího řízení je svou nabídkou vázán po dobu **90 dnů**, ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek, v souladu s ustanoveními § 40 ZZVZ.

14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

14.1 Kritéria hodnocení

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

14.2 Způsob hodnocení nabídek

Nabídková cena bez DPH..... 100%

15 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele, https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_130.html, nebo na základě písemné žádosti u kontaktních osob zadavatele:

Mgr. Petr Dubravec, ředitel nemocnice

tel.: +420 359 520.

email: reditel@nemrum.cz


Mojmír Sklenář, technický úsek

tel.: + 420 725 428 630

email: sklenar@nemrum.cz

V Rumburku dne 01.02.2017

Otisk razítka


Ing. Karel Schäfer, v.r.
předseda představenstva
Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk
IČ: 61538990



16 PŘÍLOHY - NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1. Krcí list
2. Vzorové dokumenty pro zpracování nabídky:
 - 3.1 Vzor čestného prohlášení dle § 74
 - 3.2 Vzor formuláře pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků na reference
 - 3.3 Seznam poddodavatelů